МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ

30.11.2020 **Москва** **№ Аа-358**

Об аккредитации
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», приказом Федеральной службы по аккредитации от 14 апреля 2020 г. № 69 «О полномочиях по принятию решений в рамках предоставления государственных услуг в сфере аккредитации и осуществления контроля за деятельностью аккредитованных лиц», по результатам выездной оценки соответствия Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – Заявитель) критериям аккредитации п р и к а з ы в а ю:

1. Аккредитовать Заявителя в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории (дело о предоставлении государственной услуги от 24 марта 2020 г. № 3705-ГУ).

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации Заявителя.

3. Управлению аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя в реестр аккредитованных лиц, копию настоящего приказа направить в адрес Заявителя.

4. Подтверждение компетентности аккредитованному Заявителю проходить в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления аккредитации Т.В. Арсеньеву.

Заместитель руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральной службы по аккредитации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Гоголев Дмитрий Владимирович
Кем выдан: ООО «НТСсофт»
Действителен: с 13.04.2020 до 13.07.2021

Д.В. Гоголев

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «30» ноября 2020 г.
№ Аа-358

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ОВ48

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Лаборатория физико-химических методов анализа
Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова
«Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

наименование испытательной лаборатории (центра)

677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48
(здание Комплекса факультетов естественных наук, Лит. А, 1 этаж: пом. 193, 7 этаж: пом. 707, 709)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода природная	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм^3
2.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода природная	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-100) мг/дм^3
3.	ПНД Ф 14.1:2.253-09	Вода природная	-	-	Алюминий	(0,020-10) мг/дм^3
					Ванадий	(0,0010-1,00) мг/дм^3
					Железо	(0,050-20,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,00020-0,020) мг/дм^3
					Кобальт	(0,0025-1,00) мг/дм^3
					Марганец	(0,0020-10,0) мг/дм^3
					Медь	(0,0010-1,00) мг/дм^3
					Молибден	(0,0010-1,00) мг/дм^3
					Мышьяк	(0,0050-1,00) мг/дм^3
					Никель	(0,0050-1,00) мг/дм^3
					Свинец	(0,0020-1,00) мг/дм^3
					Серебро	(0,0050-0,50) мг/дм^3
					Титан	(0,020-1,00) мг/дм^3
					Хром	(0,0025-20,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,25-10,0) мг/дм^3
4.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная	-	-	Водородный показатель/(pH)	(1,0-14,0) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 31868 (Метод Б)	Вода природная	-	-	Цветность	(1-70) градус цветности
6.	РД 52.24.468-2005 п.10.2	Поверхностные воды	-	-	Взвешенные вещества	(5-50) мг/дм^3
7.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная	-	-	Фенолы (общие)	(0,0005-25,0) мг/дм^3
8.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	Вода природная	-	-	Химическое потребление кислорода	(5-800) мгО/дм^3
9.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода природная	-	-	Хлорид-ион	(0,50-200) мг/дм^3
					Нитрит-ион	(0,20-0,5) мг/дм^3
					Сульфат-ион	(0,5-200) мг/дм^3
					Нитрат-ион	(0,20-50) мг/дм^3
					Фторид-ион	(0,10-10,0) мг/дм^3
					Фосфат-ион	(0,25 - 25,0) мг/дм^3
10.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода природная	-	-	Аммоний-ион	(0,5-5000) мг/дм^3
					Барий-ион	(0,1-10) мг/дм^3
					Калий-ион	(0,5-5000) мг/дм^3
					Кальций-ион	(0,5-5000) мг/дм^3
					Литий-ион	(0,015-2) мг/дм^3
					Магний-ион	(0,25-2500) мг/дм^3
					Натрий-ион	(0,5-5000) мг/дм^3
					Стронций-ион	(0,25-50) мг/дм^3
11.	ГОСТ Р 57164	Вода природная	-	-	Мутность	(1-50) ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
12.	ПНД Ф 16.1:2:2.2.63-09 (М 03-07-2014) (подвижные формы)	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Кадмий	(0,1-400) мг/кг / (0,1-400) млн-^{1}
					Кобальт	(1,0-4000) мг/кг / (1,0-4000) млн-^{1}
					Марганец	(20-40000) мг/кг / (20-40000) млн-^{1}
					Медь	(2,5-4000) мг/кг / (2,5-4000) млн-^{1}
					Никель	(2,5-4000) мг/кг / (2,5-4000) млн-^{1}
					Свинец	(2,5-4000) мг/кг (2,5-4000) млн-^{1}
					Хром	(1,0-2000) мг/кг / (1,0-2000) млн-^{1}
					Цинк	(25,0-40000) мг/кг / (25,0-40000) млн-^{1}
13.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011)	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Аммоний-ион	(2-20000) мг/кг/ (2-20000) млн-^{1}
					Калий-ион	(2-20000) мг/кг/ (2-20000) млн-^{1}
					Натрий-ион	(2-20000) мг/кг/ (2-20000) млн-^{1}
					Магний-ион	(1-10000) мг/кг/ (1-10000) млн-^{1}
					Кальций-ион	(2-10000) мг/кг/ (2-10000) млн-^{1}
14.	ГОСТ 26488	Почвы	-	-	Нитраты	(2,5-30,0) мг/кг/ (2,5-30,0) млн$^{-1}$
15.	ГОСТ 26204	Черноземы, серые лесные и другие почвы	-	-	Подвижные соединения фосфора	(25-250) мг/кг/ (25-250) млн$^{-1}$
16.	ГОСТ 26489	Почвы	-	-	Обменный аммоний	(5,0-60,0) мг/кг/ (5,0-60,0) млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 26428 (комплексонометрический метод)	Почвы	-	-	Магний	(0,5-6,0) ммоль/100 г
					Кальций	(1,25-6,0) ммоль/100 г
18.	ГОСТ 26425 (аргентометрический метод)	Почвы	-	-	Ионы хлорида	(0,2-6,0) ммоль/100 г
19.	ГОСТ 26426 (турбидиметрический метод)	Почвы	-	-	Ионы сульфата	(1,0-12,0) ммоль/100 г
20.	ГОСТ 26424	Почвы	-	-	Ионы карбонатов	(0,1-2,0) ммоль/100 г
					Ионы бикарбонатов	(0,1-2,0) ммоль/100 г
21.	ГОСТ 26423	Почвы	-	-	Водородный показатель/(pH)	(1,0-14,0) ед.pH

Научный сотрудник-заведующий лабораторией И.Н. Макаров